

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **POLTRONA HOSPITALAR**, da PROPONENTE **RC MÓVEIS LTDA**, CNPJ nº 02.377.937/0001-06, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **POLTRONA HOSPITALAR**, da PROPONENTE **APARECIDA DE FATIMA DA COSTA – EIRELI EPP**, CNPJ nº 02.346.092/0001-91, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento passou por testes em setor e foi identificado que alavanca manual para inclinação de poltrona se apresentou frágil e tendo dificuldades em utilização, não atendendo especificações descritas no edital. Como outra referencia de análise a poltrona não oferece conforto ao paciente e/ou acompanhante, que a utiliza por tempos longos de internação.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **POLTRONA HOSPITALAR**, da PROPONENTE **VG ROCHA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES**, CNPJ nº 31.531.928/0001-26, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento passou por testes em setor e foi identificado que estrutura se apresentou frágil, não atendendo especificações descritas no edital. Como outra referencia de análise a poltrona não oferece conforto ao paciente e/ou acompanhante, que a utiliza por tempos longos de internação.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **POLTRONA HOSPITALAR**, da PROPONENTE **RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 04.198.372/0001-25, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

Equipamento passou por testes em setor e foi identificado que estrutura apresentou manchas e como outra referencia de análise a poltrona não oferece conforto ao paciente e/ou acompanhante, que a utiliza por tempos longos de internação.

**Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.*



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **SUPORTE DE SORO**, da PROPONENTE **RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 04.198.372/0001-25, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO


REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **SUPORTE DE SORO**, da PROPONENTE **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP**, CNPJ nº 18.136.904/0001-04, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.


APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

Equipamento ofereceu ganchos em formato de cruz para utilização, na análise realizada em setor esse formato dificulta quando o paciente precisa estar com muitas bolsas ao mesmo tempo.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **SUPORTE DE SORO**, da PROPONENTE **VALLITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA**, CNPJ nº 01.987.265/0001-98, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento apresentou material diferente ao descritivo do edital.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **SUPORTE DE SORO**, da PROPONENTE **VG ROCHA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES**, CNPJ nº 31.531.928/0001-26, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento não apresenta rodízios para melhor mobilidade do móvel como descrito em edital.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **ESCADA COM DOIS DEGRAUS**, da PROPONENTE **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP**, CNPJ nº 18.136.904/0001-04, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.


APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento não apresenta degraus em conformidade com a segurança para a utilização, material diferente ao descrito no edital.

**Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.*



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 10/03/2022, recebeu o equipamento **CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA**, da PROPONENTE **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP**, CNPJ nº 18.136.904/0001-04, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.

APROVADO

REPROVADO


JUSTIFICATIVA:

Equipamento não apresenta grau de qualidade segura para uso tendo que realizado testes identificou que a estrutura é frágil e alguns biotipos de pacientes (não sendo obesos) não conseguiram utilizar por largura ser pequena.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.



Carina de Lima
Engenheira



Cristiano de Lima
Gerente de Infraestrutura

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO


O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 25/02/2022 a 05/03/2022, recebeu o equipamento CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER da PROPONENTE RC MOVEIS LTDA, CNPJ nº 02.377.937/0001-06, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.


APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Conforme análise técnica o equipamento ofertado não possui sistema rápido de liberação para casos de PCR/CPR e o material da alavanca mostrou-se frágil, existindo a possibilidade de quebra ao utilizar. Equipamento não permite a elevação de pés e panturrilha em diferentes níveis. A cabeceira e a peseira possuem travas para remoção oque não facilita a sua retirada.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.


Nome: Cristiano de Lima
Setor: Gerencia de infraestrutura


Nome: Rafael Alves de Borba
Setor: Engenharia Clínica

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER TÉCNICO


O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 22/02/2022 a 28/02/2022, recebeu o equipamento CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER da PROPONENTE VG ROCHA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CNPJ nº 31.531.928/0001-26, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.


APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Conforme análise técnica o equipamento ofertado não possui comandos nas grades externas e internas para o paciente, não é funcional o sistema direcional travando um dos rodízios para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores. O movimento de liberação para caso de CPR/PCR não é rápido. Não possui níveis diferentes para elevação manual de pés e panturrilha.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.


Nome: Cristiano de Lima
Setor: Gerencia de infraestrutura


Nome: Rafael Alves de Borba
Setor: Engenharia Clínica

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022
CONVÊNIO Nº 918392/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

PARECER TÉCNICO


O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através da Comissão Interna de Convênios, atesta que no período de 23/02/2022 a 28/02/2022, recebeu o equipamento CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER da PROPONENTE Vallitech Ind. e Comércio de artefatos metálicos LTDA, CNPJ nº 01.987.265/0001-98, para realização dos testes quanto à parte técnica, visando à emissão de parecer conclusivo da Cotação Prévia de Preços nº 001/2022.


APROVADO

REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Conforme análise técnica o equipamento ofertado não possui sistema de bloqueio para controles tanto externo como interno. Possui apenas um nível para elevação de pés e panturrilha manual e a Inclinação da panturrilha é de 12°, solicitado no mínimo 20°.

*Este item deve ser preenchido pelo gerente de infraestrutura, ou pelo responsável do setor que alocará o equipamento. Em caso de reprovação do equipamento, é OBRIGATÓRIO a justificativa.


Nome: Cristiano de Lima
Setor: Gerencia de infraestrutura


Nome: Rafael Alves de Borba
Setor: Engenharia Clínica